

北京市西城区计量检测所  
Beijing Xicheng Institute of Metrology

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 京西字第21027332号  
Certificate No.

送检单位: 首都医科大学附属北京安定医院 (北京儿童少年心理卫生中心、北京老年精神卫生中心、中国药物依赖治疗中心)  
Applicant (统一社会信用代码: 12110000400688465L)

计量器具名称: 电子血压计  
Name of Instrument (器具用途: 医疗卫生)

型号/规格: UA-855  
Model / Specification

出厂编号: CN1303SZ0855C00392  
Serial No.

制造单位: 爱安德电子(深圳)有限公司  
Manufacturer

检定依据: JJG 692-2010  
Verification Regulation

检定结论: 合格  
Conclusion



02E-012-021  
40B-BFB-8F7

批准人: [Signature]  
Approved by

核验员: [Signature]  
Inspected by

检定员: [Signature]  
Verified by

检定日期: 2021年11月02日  
Verification Date Y M D

有效期至: 2022年11月01日  
Valid until Y M D

计量检定机构授权证书号: (京)法计(2018)02号  
Authorization Certificate No.:  
地址: 北京市西城区鸭子桥路29号  
Address: NO.29 YaZiqiao Road, Xicheng District, Beijing

电话(Tel): 010-83976930  
传真(Fax): 010-83976935  
邮编(Post): 100055  
EMAIL: xcjls@scjgj.beijing.gov.cn

北京市西城区计量检测所  
Beijing Xicheng Institute of Metrology

证书编号：京西字第21027332号

第 2 页 共 3 页

器具标识：XC0006857827

北京市西城区计量检测所是国家法定计量检定机构，并通过北京市质量技术监督局授权认可法定计量检定机构计量授权证书号：（京）法计（2018）02号	
检定依据	JJG 692-2010 《无创自动测量血压计》
计量标准名称	无创电子自动血压计检定装置
不确定度/准确度/最大允许误差	标准压力计示值最大允许误差： $\pm 0.1\text{kPa}$ ；血压模拟器血压示值重复性： $0.3\text{kPa}$
社会公用计量标准证书	编号 [2019]西社量标法（西）证字第036号
	有效期至 2023年07月01日
计量标准溯源性	本标准溯源至国家压力基准
检定地点	首都医科大学附属北京安定医院
环境条件	温度： $20.3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度： $40.3\%$ ；其它： <u>        </u> / <u>        </u> 。

- 注：1. 本证书检定结果仅对该计量器具有效；  
2. 本证书未加盖检定专用章无效；  
3. 下次检定时请携带（出示）此证书。

未经授权，不得部分复印本证书。

# 北京市西城区计量检测所

## Beijing Xicheng Institute of Metrology

证书编号：京西字第21027332号

第 3 页 共 3 页

### 1 外观的检查

检查结果	合格
备注	/

### 2 静态压力测量范围

检定结果	/
------	---

### 3 静态压力示值误差检定结果

检定结果	$<  \pm 4  \text{mmHg}$
------	-------------------------

### 4 血压示值重复性检定结果（示波法原理血压计检测项目）

血压设定值		血压示值重复性
收缩压	150	$< 5\text{mmHg}$
舒张压	100	

### 5 自动放气阀放气速率（听诊法原理血压计检测项目）

检验结果	/
------	---

### 6 气压系统气密性

检查结果	/
------	---

- 注：
1. 本证书检定结果仅对该计量器具有效；
  2. 本证书未加盖检定专用章无效；
  3. 下次检定时请携带（出示）此证书。

未经授权，不得部分复印本证书。