

北京精益互联计量检测有限公司
Beijing JingYiHuLian Metrology Testing Company Limited

校准证书
Calibration Certificate

证书编号: 20110906-001
Certificate No.

设备名称: 臂式电子血压计
Sample's Name
型号/规格: YE655C
Model/Specification
设备编号: 2008001953
Serial No.
制造单位: 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
Manufacturer
客户名称: 武汉易科汇文医疗生物科技有限公司
Client
客户地址: 武汉东湖新技术开发区光谷大道62号关南福星医药园第8幢6层4号房
Client's Address



批准人: 陈涛
Authorized by
核 验 员: 陈涛
Inspector by
校 准 员: 马骁腾
Calibrator by



校准日期: 2020 年 11 月 09 日
Calibration Date Year Month Day

地址: 北京市丰台区丰台北路32号院
电话: 010-57406330

网址: <http://www.jingyijl.com>
邮编: 100071



北京精益互联计量检测有限公司

Beijing JingYiHuLian Metrology Testing Company Limited

证书编号: 20110906-001

Certificate No.

校准依据的技术文件(代号、名称)(参考) Reference documents for the calibration		参照 JJG 692-2010 《无创血压计检定规程》		
溯源性说明: Traceability		本计量标准可溯源至北京市计量检测科学研究院		
校准所使用的主要计量器具 Measuring instruments used in the Calibration				
名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy/MPE	溯源证书号 Certificate No.	有效期 Valid Date to
无创血压模拟仪	(0~40) kPa	0.2 级	RB20J-AD001057	2021-08-16
校准地点及环境条件 Site and Environmental Condition for Calibration				
地点 Site	北京精益互联计量检测有限公司实验室二			
温度 Temperature	22.0 °C	湿度 Humidity	40 %RH	

校准结果

- 外观及功能检查: 无影响使用的缺陷
- 血压示值重复性:

血压设定值 (mmHg)		血压示值重复性 (mmHg)
舒张压	100	1
收缩压	150	2

- 静态压力示值误差:

标准压力值 (mmHg)	血压计静态压力示值 (mmHg)	静态压力示值误差 (mmHg)
50	50	0
100	100	0
150	150	0
200	201	1
260	261	1

示值测量结果不确定度: $U=2\text{mmHg}$ $k=2$

---以下空白---

注: 1.本证书校准结果仅对所校准样品有效;

The Calibration result is related only to the calibrated measuring instrument;

2.本证书未加盖校准专用章无效。

The certificate is not valid without a stamp special for Calibration.

3.根据客户要求, 建议校准周期为(12)个月。

According to the customer's requests, the suggested calibration cycle is (12) months.

4.未经本公司许可, 不得部分复制本证书。

This certificate shall not be reproduced except in full, without approval.

第 2 页 共 2 页



扫描全能王 创建